

⚠ ATTENTION : Merci de bien vous rapporter à ce tableau avant toute utilisation de vos coupelles de nébulisation. ⚠

La coupelle de nébulisation est une pièce d'usure non garantie, elle permet de faire 120 nébulisations en moyenne. Sa durée de vie dépend largement de son entretien et du médicament utilisé.

Tous les produits répertoriés dans ce guide sont compatibles avec le Flexineb, cependant, cela ne constitue pas une recommandation d'utilisation pour le traitement de votre cheval. Si vous souhaitez utiliser un produit non mentionné dans ce tableau, le laboratoire Nortev ne pourra pas garantir le bon fonctionnement de la chambre de médication. Nous vous recommandons toujours de consulter votre vétérinaire pour établir un diagnostic et pour mettre en place un traitement pour votre cheval.

Antibiotiques / Antifongiques					
Médicament	Nom commercial	Format du médicament	Diluer avec une Solution de NaCl 9%	Code couleur des chambres de médication	Code couleur des chambres pour une sortie plus rapide
Cefquinome	Cobactan®	Cobactan® 4.5% Solution Injectable	Non	STANDARD	RAPIDE
Ceftiofur Sodium	Excenel®	Excenel® 4G Solution Injectable	Non	STANDARD	RAPIDE
Gentamicine	Gentaject	Gentaject 10% Solution Injectable	Oui 1:1	STANDARD	RAPIDE
Amikacine	Amikavet	Amikavet Solution Injectable	Oui 1:1	STANDARD	RAPIDE
Marbofloxacine	Marbocyl	Solution Injectable	Oui 1:1	STANDARD	RAPIDE
Nystatin	R-Nystatine	Solution Orale	Oui 1:1	RAPIDE	
Bronchodilatateurs					
Ipratropium	Atrovent®	Atrovent® 250 UDVS Solution Nébulisée	Non	STANDARD	
Salbutamol (Albuterol)	Ventolin™	Ventolin™ 2.5 Solution Nébulisée	Non	STANDARD	
Clenbuterol	Ventipulmin®	Ventipulmin® 30 Solution Injectable	Oui 1:1	STANDARD	
Corticostéroïdes					
Dexaméthasone	Dexameth, Chem-Pharm Dexadreson, MSD Animal Health DexaJect SP, Henry Schein Ilium Dexapent, Troy Laboratories	Dexameth: 2mg/ml Solution Injectable Dexadreson: 2mg/ml Solution Injectable DexaJect SP: 4mg/ml Solution Injectable Ilium Dexapent: 5mg/ml Solution Injectable	Oui 1:1	STANDARD	RAPIDE
Dexaméthasone (haute viscosité/contient polyéthylène glycol 400)	Azium®, VetOne® VEDCO, Duphacort®, Dexaméthasone 5 Vétoquinol	Solution Injectable	Oui 2 : 1 (solution physiologique : Dex.)	RAPIDE	
Fluticasone Propionate	Flixotide™	Flixotide™ 2mg/2ml Suspension Nébulisée	Non	STANDARD	
Budésonide	Pulmicort®	Pulmicort® 0.5 Solution Nébulisée	Oui 1:1	STANDARD	
Mucolytiques					
Acétylcystéine	Parvolex® ACC Injekt by HEXAL Equimucin®	Parvolex® 2g Solution pour Infusion Acetylcysteine 300mg/3ml Solution Injectable Acetylcysteine 200mg/ml Solution Injectable	Oui 1:1	RAPIDE	
0,9 % de solution physiologique	0,9 % de solution physiologique	B.Braun NaCl 0.9%	Non	STANDARD	
Bromhexine	Bisolvon	Solution Orale	Oui 1:1	STANDARD	
Emser Sel	Emser Sel	Solution nébulisée Salée	Non	STANDARD	
Autres thérapies					
Principes actifs		Nom commercial	Format	Diluer avec une Solution de NaCl 9%	Code couleur des chambres de médication
Mélange d'huiles essentielles solubilisées pour l'inhalation		Immuno-San	Solution Nébulisée	Non	RAPIDE
Mélange d'huiles essentielles pour nébulisation		Sanored	Solution Nébulisée	Oui 1:1	RAPIDE
Mélange d'huiles essentielles pour inhalation		Sanostress	Solution nébulisée	Oui 1:1	RAPIDE
Argent chélaté et eau distillée		SilvaPlex™ & EquiSilver™	Solution Orale	Non	STANDARD
Aqua, glycerin, curcuma		Toraxin nebul	Solution Nébulisée	Oui 1:1	RAPIDE
Acide hyaluronique, huile essentielle d'eucalyptus en solution isotonique		Hyalusol®	Solution Nébulisée	Non	RAPIDE
Protéines de thymus, gluconate de zinc, solution d'argent		BioEqualizer™	Solution Orale	Oui 1:1	STANDARD
Extrait naturel hydrosoluble de curcuma longa		Nebulin®	Poudre + NaCl	Non	LENTE

Garantie : Nortev ne sera pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de la coupelle si le médicament utilisé n'apparaît pas dans le tableau des médicaments, si le nettoyage a mal été réalisé ou si les consignes de dilution n'ont pas été respectées.

Guide des codes couleur des coupelles de nébulisation



- **Coupelle GRISE** ou **coupelle STANDARD** servant à la nébulisation de la plupart des médicaments liquides (compatible uniquement avec des produits **non gras**).
- **Coupelle VERTE** ou **coupelle RAPIDE**, spécialement conçue pour nébuliser les médicaments gras et les huiles essentielles difficiles à nébuliser.
- **Coupelle BLEUE** ou **coupelle LENTE** servant à la nébulisation du Nébulin et à ralentir la nébulisation des produits qui passeraient trop vite dans la coupelle Standard (compatible uniquement avec des produits **non gras**) – *Coupelle non fournie dans le pack*

Nettoyage : après **chaque utilisation**, mettez une goutte de **liquide vaisselle avec de l'eau** dans la coupelle, secouez puis laissez poser quelques minutes, rincez ensuite abondamment pour qu'il ne reste plus aucun résidu de liquide vaisselle, en veillant toujours à bien protéger le branchement électrique grâce au capuchon plastique fourni

Informations importantes :

Le choix de l'association coupelle-médicament peut avoir un impact non négligeable sur la vitesse de sortie et sur la taille des gouttelettes de l'aérosol :

- Une coupelle **GRISE** ou **BLEUE** utilisée avec des médicaments gras et visqueux peut engendrer une sortie lente, un échec de la nébulisation et une détérioration de la coupelle.
- Une coupelle **VERTE** utilisée avec des médicaments liquides peu visqueux peut engendrer une sortie très rapide et des gouttelettes très grosses, ce qui crée une flaque de médicament non réutilisable au fond du tube d'inhalation.
- Il ne faut **jamais passer plusieurs produits en même temps** dans votre coupelle, nébulisez toujours vos produits **un par un** car cela pourrait sérieusement endommager votre coupelle.
- Si le médicament à nébuliser n'est pas répertorié dans le tableau des médicaments, nous vous recommandons d'effectuer d'abord un test en plaçant un échantillon du médicament dans la coupelle pour vérifier que la nébulisation se fait correctement et dans un délai acceptable. Cependant, il y a un risque que le produit détériore à terme la coupelle de nébulisation.
- Si vous ne savez pas quelle coupelle de médication utiliser, nous vous recommandons de contacter VLC Europe à l'adresse suivante : info@vlceurope.com.
- **Veuillez noter que les produits suivants ne doivent PAS être nébulisés avec le Flexineb : RESPRADIL, VETADINE, BROMINE, MILTON / BLEACH, ARGENT COLLOIDAL, EAU DE-IONISÉE, EAU IONISÉE, BALSANEB.**